

INFORME DE ESTANDARIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BALANZAS DE PRECISIÓN ELECTRÓNICA

1. ANTECEDENTES:

El *Departamento de Pignoraticio de la Gerencia Central de Negocios*, viene trabajando con las balanzas precisión electrónica de la marca **Mettler Toledo**, y se evidencia que la vida útil es significativa. Actualmente tenemos **balanzas** que se adquirieron el año 2004, 2005 y se mantienen operativas. Cabe indicar que en el año 2011 no se realizó el servicio de calibración y aun así no existieron incidencias por errores de descalibrado. (**Fuente:** correo adjunto "RE: BALANZA SORES INFORMA" emitido el día miércoles 17.04.2013 por Alejandro Anibal Sobrado Malpartida, Supervisor de la Unidad de Valores).

2. OBJETO:


El presente informe tiene por objetivo la estandarización de de las características técnicas de la balanzas precisión electrónica para la adquisición directa, requeridas por el *Departamento de Pignoraticio de la Gerencia Central de Negocio*.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BALANZAS DE PRECISIÓN ELECTRÓNICA:

Las características de las **balanzas**, son las que se describen a continuación:

⇒ Precisión de lectura	: 0.1 g
⇒ Campo de pesada	: 0...6200 g
⇒ Zona de tarado	: 0...6200 g
⇒ Repetibilidad	: 0.1 g
⇒ Linealidad	: 0.2 g
⇒ Dimensiones del platillo rectangular	: 170 x 190mm
⇒ Adaptador aliment .eléctrica	: 220V/240V 50/60Hz

El presente informe deja sin efecto el *Informe de Estandarización para Adquisición de Balanzas de Precisión Electrónica*, publicado el viernes 19.04.2013 en la página web de la Caja Metropolitana.


RICHARD HAWKINS SOTOMAYOR
FIRMA Y SELLO DE AGENCIA / OFICINA /
DEPARTAMENTO / UNIDAD

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER ACOMPAÑADO CON EL PEDIDO DE.